


12. Mở chuyển thiết lập để thoát nước.



四. Tuôn ra

13. khi thoát nước hoàn tất, đóng bộ chuyển.

14. open kẹp màu xanh và trắng để loại bỏ không khí từ đặt (đếm đến 5) .clamp trắng kẹp trên đường cống.




五. Lắp đầy

15. Mở chuyển thiết lập để điền.

六. Kết thúc điền

16. khi điền là complete, chuyển kẹp Đặt và kẹp màu xanh trên đường điền.



七. Đóng nắp

17. Sử dụng kem dưỡng da tay khô và kiểm tra kỹ xem ống thông phía bệnh nhân và các kẹp màu xanh và trắng có bị đóng không.



18. mở gói nắp nhỏ.



19. Ngắt kết nối bộ chuyển và vận nắp nhỏ vào bộ chuyển cho đến khi được bảo đảm chắc chắn.



Giải phẫu tách màng bụng Lọc màng bụng đôi Quy trình vận hành túi Twin bag 換液技術 (越南文版)



Phòng lọc màng bụng. Bộ phận chăm sóc sản xuất

Đường dây tư vấn : (04)7238595 轉 7881

Tư vấn giờ dịch vụ đường dây nóng

Thứ Hai đến thứ Sáu : 8 : 00-17 : 30

Thứ bảy hàng tuần : 8 : 00-12 : 00

Dòng khen : (04)7238595 轉 3920

Đường dây khiếu nại : (04)7238595

轉 3925

Trang web về thận :

//www.cch.org.tw/nephro

編碼 : 5959-單張-越南文-001-02

越文翻譯日期 : 2023 年 8 月

依據 : 5959-單張-中文-0010-02

中文修訂日期 : 2023 年 8 月



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

Tên hình ảnh dịch lọc túi đôi túi đôi



I. Chuẩn bị vật tư

1. Đóng cửa Điều hòa.




2.Đeo khẩu trang. Nên che kín khoang mũi và Miệng. Lấy ra bộ chuyển mini từ quần áo.



3. Xịt cồn 75% vào Bàn và lau sạch bằng khăn giấy.




4. Chuẩn bị biện chứng, nắp nhỏ, Thực hiện vệ sinh tay.



5. Rửa tay ít nhất 20 lần bằng xà phòng.



6. Kiểm tra giải pháp PD: bao gồm ngày hết hạn, khối lượng, nồng độ, độ đục, rò rỉ, vòng kéo và bất kỳ sự phá vỡ nào từ giải pháp màu xanh lá cây gần giải pháp Túi.




II. Kết nối với túi siêu

7. Kẹp cả kẹp màu xanh và trắng.




8. Phá vỡ màu xanh lá cây gần túi giải pháp.



9. Thực hiện vệ sinh tay.



10. Giữ chuyển ổn định trong khi ngón tay út bám vào vòng kéo. Di chuyển vòng kéo sau khi ngắt kết nối màu trắng Cap và ngay lập tức kết nối với bộ chuyển.



III. Cổng

11. nắp trắng mở.